

# 亞東紀念醫院

## 雙腔人工心律調節器相關資訊

雙腔人工心律調節器健保採部份給付，給付金額為 93,833 元，超過部分由保險對象自行負擔。下列為本院雙腔人工心律調節器相關資訊：

品名	美敦力黛拉心臟節律器 (Adapta)	美敦力安信諾核磁共振植入式心臟節律器 (Ensura)	美敦力艾維莎核磁共振植入式心臟調節器 (MRI DDDR-P)	聖猶達艾森雙腔心臟節律器 (Accent)	聖猶達艾森核磁共振植入式心臟節律器-非無線遙控型 (MRI DDDR-NON RF)	聖猶達艾森核磁共振植入式心臟節律器-無線遙控型 (MRI DDDR-RF)
廠牌	Medtronic	Medtronic	Medtronic	ST.Jude Medical	ST.Jude Medical	ST.Jude Medical
病人自付差額	34,517 元	40,157 元	71,357 元	32,357 元	38,357 元	69,557 元
健保碼	FHP02DDRADM4	FHP02EN1DRM4	FHP02A3DR1M4	FHP02ARFDRST	FHP02MR224ST	FHP02MR224ST
適應症	A、第三級(完全)房室傳導阻斷及第二型第二級房室傳導阻斷 B、竇房結症候群及有症狀之緩脈 C、有症狀而藥物治療無效的阻塞性肥厚性心肌病變					
禁忌症	1. 正在出血中的病患。 2. 正在感染中的病患。					
注意事項	1. 傷口方面：裝置後 48 小時開始換藥，若傷口有感染徵象：如紅腫熱痛及分泌物，須立即回診。 2. 活動方面：裝後一個禮拜內，勿將手臂高舉過頭，一個月內應避免影響患肩急速或劇烈的活動如游泳、打籃球、提重物等。 3. 電器設備：一般生活環境中電器用品都不會危害您的心律調節器，但須避免出入高電量環境(如大型發電機或馬達)及高壓電場。 4. 其他醫療檢查及治療：做檢查前(如：拔牙、核磁共振掃瞄(MRI)、體外去顫術、體外碎石術..等)須先告知醫師裝有心律調節器，以防止儀器受干擾或破壞。 5. 回診追蹤檢查：需定期返院檢查及定時規則服藥，若感暈厥、心悸、胸痛、倦怠、下肢腫脹、連續或頻繁的打嗝，應返診。					

2014-05-29

精神:誠勤僕慎 創新 宗旨:持續提升醫療品質 善盡社會醫療責任 願景:成為民眾首選的醫學中心